

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ vật tư y tế của Trung tâm y tế huyện Tam Đường, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

Địa chỉ: Bản Cò Lá, Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa dược TTB-VTYT

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược- TTB- VTYT, tại địa chỉ Bản Cò Lá, Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, điện thoại: 038.401.8888

- Nhận qua Email: xuanthanhtamduonglc@gmail.com

Ngoài ra trước khi gửi bản gốc báo giá đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá gửi file Scan báo giá qua địa chỉ Email: xuanthanhtamduonglc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h ngày 16 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thuộc gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ vật y tế của Trung tâm y tế huyện Tam Đường. (Phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện, các trạm y tế xã thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường.

3. Thời gian dự kiến: Quý IV năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo điều kiện cụ thể của hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá theo về Trung tâm Y tế huyện Tam Đường theo địa chỉ trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Hữu Ngọc

DANH MỤC YÊU CẦU BẢO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1423/YCBBG-TT ngày 06/11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tam Đường)

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ đặt nội khí quản	Bộ đèn đặt nội khí quản	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.		
		1.2. Yêu cầu cấu hình		
		Lưỡi cong số 1, 95mm: 01 cái		
		Lưỡi cong số 2, 100: 01 cái		
		Lưỡi cong số 3, 135mm: 01 cái		
		Cán đèn: 01 cái		
		Hộp đựng: 01 cái		
		Bóng đèn LED 2.5V cho ánh sáng trắng, tuổi thọ cao từ 8.000 đến 10.000 giờ		
		Bóng đèn được lắp vào cán nên lưỡi đèn có thể hấp sấy sau mỗi lần sử dụng		
2	Bộ đặt/tháo DCTC	Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.		

		1.2. Yêu cầu cấu hình			
		Kẹp bông phẫu thuật Maier có răng, thẳng 25cm: 01 Cái			
		Kẹp cổ tử cung Pozzi 25cm: 01 Cái			
		Van âm đạo Kristeller 70*27mm, số 1: 01 Cái			
		Thước đo cổ tử cung Sims 32cm: 01 Cái			
		Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 cm: 01 cái			
3	Bộ đỡ đẻ	Bộ dụng cụ đỡ đẻ	Bộ	1	
		1.1. Yêu cầu chung			
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mối 100%			
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.			
		1.2. Yêu cầu cấu hình			
		Hộp inox32x16x7cm: 01 cái			
		Kéo thẳng tù 18cm : 01 cái			
		Panh thẳng có máu 20cm: 01 cái			
		Panh chữ S: 01 cái			
		Thông tiểu nữ.: 01 cái			
4	Bộ đo huyết áp đồng hồ	Huyết áp kế đồng hồ	Bộ	13	
		1. Yêu cầu chung			
		Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE			
		Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất			
		2. Cấu hình			

		+ Bao cuốn (Vòng bút kích thước người lớn với chu vi khoảng từ 22-32 cm) với bao hơi gắn bên trong		
		+ bóng bóp và van		
		+ Ống nghe		
		+ Túi đựng mềm		
		3. Đặc tính thông số kỹ thuật:		
		Trọng lượng: 450g		
		Kích cỡ: 175 x 70 x 103 mm		
		Nhiệt độ bảo quản: -20 °C to +70 °C		
		Độ ẩm tối đa: 85%		
		Nhiệt độ hoạt động: Từ 0 °C đến 46 °C		
		Phạm vi đo: Từ 0 đến 300 mmHg		
		Độ lệch chuẩn: 2 mmHg		
		Độ chính xác: Trong khoảng ± 3 mmHg từ 18 °C đến 33 °C; Trong khoảng ± 6 mmHg từ 34 °C đến 46 °C		
		Nguồn xả: Một thể tích ít nhất là 200cc cho một khối áp suất 300 mmHg trong 4 đến 10 giây.		
		Tỷ lệ xả khí: 2-3 mmHg/sec		
		Rò rỉ khí: $< \pm 4$ mmHg/min		
		Lỗi giảm áp suất: Trong khoảng từ 0 mmHg đến 4 mmHg		
5	Bộ đo huyết áp đồng hồ	Máy đo huyết áp điện tử bấp tay cao cấp Medel Elite Thương hiệu: Medel - Italia Xuất xứ: Trung Quốc	Bộ	2

		Thông số kỹ thuật Bộ nhớ dữ liệu: 60 kết quả Loại bao đo: Mềm Trung bình kết quả đo: Chức năng T3 (Trung bình 3 lần đo gần nhất) Công nghệ đo: Dao động Độ chính xác: Huyết áp $\pm 3\text{mmHg}$, nhịp tim $\pm 5\%$ 1.1 - 33.3mmol/lít (20 - 600): Huyết áp 0 tới 300 mmHg; Nhịp tim 40-199 nhịp/phút Nguồn: 4 pin, alkaline AA Kích thước màn hình: 9,4 x 10,2cm Số người: 1 Kích thước bao đo: 22-42cm		
6	Bộ dụng cụ cắt khâu tăng sinh môn	Bộ dụng cụ cắt khâu tăng sinh môn	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.		
		1.2. Yêu cầu cấu hình		
		Kéo thẳng nhọn 18cm: 01 cái		
		Kéo thẳng tù 18cm: 01 cái		
		Panh cong không máu 16cm: 01 cái		
		Kẹp bông sản 25cm: 01 cái		
		Kim mang kim 18cm: 01 cái		
		Kim khâu: 01 vi		
		Hộp inox 32x16x7cm: 01 cái		

7	Bộ dụng cụ nhỏ răng sữa	Bộ kim răng trẻ em	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.		
		1.2. Yêu cầu cấu hình		
		Kim nhỏ răng Guy nhỏ răng cửa hàm trên: 01 Cái		
		Kim nhỏ răng Klein cho trẻ em nhỏ răng cửa hàm dưới: 01 Cái		
		Kim nhỏ răng Klein cho trẻ em nhỏ răng cối hàm trên: 01 Cái		
		Kim nhỏ răng Klein cho trẻ em nhỏ răng cối hàm dưới: 01 Cái		
		Kim nhỏ răng Klein cho trẻ em nhỏ răng hàm hàm trên: 01 Cái		
		Kim nhỏ răng Klein cho trẻ em nhỏ răng hàm hàm dưới: 01 Cái		
8	Bộ HSCC người lớn	Bộ bóng bóp cấp cứu bằng Silicon sử dụng nhiều lần- Model: ENT-1022- Hãng sản xuất: Enter Medical Corporatio- Nước sản xuất: Đài Loan"- Năm sản xuất : 2023 trở về sau- Thiết bị mới : 100%;Tính năng kỹ thuật:Bộ bóng bóp cấp cứu bằng Silicon có thể hấp tiết trùng ở nhiệt độ cao và sử dụng nhiều lần, được làm bằng Silicon chất lượng cao và chất liệu PC / PSF hiệu suất cao.Bảo hành: 12 tháng	Bộ	1

		Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy, kích thước (D x R x C) 320 x160 x70 mm.		
11	Bộ đồ lấy thai	Bộ dụng cụ mổ lấy thai	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.		
		1.2. Yêu cầu cấu hình		
		Cán dao số 3: 01 cái		
		Cán dao số 7: 01 cái		
		Nĩa không máu 16cm: 01 cái		
		Nĩa có máu 16cm: 01 cái		
		Panh thẳng không máu 16cm: 01 cái		
		panh thẳng có máu 16cm: 01 cái		
		Panh cong có máu 16cm: 01 cái		
		Panh cong không máu 16cm: 01 cái		
		Kìm mang kim 16cm : 01 cái		
		Kẹp sáng 9 cm: 01 cái		
		Kéo Mayo 16cm: 01 cái		
		Kéo thẳng tù 16cm/; 01 cái		
		Kéo cắt rốn: 01 cái		
		Banh bụng 1đầu (vam DOYEN mờ bụng)		
		Thông tiểu nữ: 01 cái		
		Kẹp thai: 01 cái		
		Ống hút Yankauer: 01 cái		
		Kẹp răng chuột 16cm : 01 cái		
		Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy, kích thước (D x R x C) 32 x16 x7cm.		

12	Bộ thay băng			1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.		
		1.2. Yêu cầu cấu hình		
		Nĩa có mẫu 16cm: 01 cái		
		Panh thẳng không mẫu 16cm: 01 cái		
		panh thẳng có mẫu 16cm: 01 cái		
		Kéo thẳng nhon 16cm: 01 cái		
		Kéo thẳng nhon 10cm: 01 cái		
		Hộp đựng dụng cụ 20x10x5cm: 01 cái		
13	Bộ tiêu phẫu	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.		
		1.2. Yêu cầu cấu hình		
		Kéo Iris cong hai đầu nhon 10 cm : 01 cái		
		Kéo Iris thẳng hai đầu nhon 10 cm: 01 cái		
		Kẹp phẫu tích thẳng có mẫu dài 14cm: 01 cái		
		Kẹp phẫu tích thẳng có mẫu dài 16 cm: 01 cái		
		Kìm kẹp kim Mayo-Hegar, dài 16 cm: 01 cái		
		Kẹp cầm máu Rochester, thẳng, ngàm răng cưa, 1x2 răng, dài 14 cm: 01 cái		

		Kẹp cầm máu Rochester, cong, ngàm răng cửa, 1x2 răng, dài 14 cm: 01 cái		
		Cán dao số 3 : 01 cái		
		Thanh đè lưới cong, dài 14,5cm: 01 cái		
		Kẹp phẫu thuật Allis 4x5T, 15cm: 01 Cái		
		Loa soi tai: gồm 03 chiếc loại dùng nhiều lần, đường kính ngoài 3,5; 4,5; 5,5mm: 01 bộ		
		Canuyu mở khí quản Jackson, kích thước 7mm: 01 cái		
		Banh mở mũi (kìm mở mũi)		
		Kéo phẫu thuật Standard Nhọn-tù thẳng 16.5cm: 01 Cái		
		Kẹp phẫu tích Meriam, đầu cong, dài 16cm: 01 cái		
		Que thăm dò hai đầu tròn, dài 14cm: 01 cái		
		Thông cánh bướm (thông lòng máng) dài 14cm : 01 cái		
		Banh mở miệng Heister, có khóa, dài 13cm : 01 cái		
		Banh Farabeuf, 2 đầu, dài 12 cm, bộ gồm 02 cái: 01 cái có lưới 26x10 mm và 30x12 mm, 01 cái có lưới 30x10 mm và 34x12 mm: 01 bộ		
		Troca trục dò tủy sống		
		Kim khâu (vì 10 cái)		
		Lưới dao mổ		
		Banh Collin hai đầu tròn có răng cửa, dài 16cm: 01 cái		
		Hộp đựng dụng cụ có nắp đậy , kích thước (D x R x C) 230 x130 x50 mm.		

14	Cân có thước đo chiều cao	Cân sức khô có thước đo chiều cao	Cái	2
		1.1. Yêu cầu chung		
		Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE		
		1.2. Cấu hình và thông số kỹ thuật		
		Trọng lượng cơ thể Max: 120kg. Sai số ± 0.5 kg		
		Đo chiều cao: phạm vi đo 70-190cm. Dung sai ± 0.5 cm		
		kích thước mặt bàn cân (LxW): 280X 380mm		
		Kích thước tổng thể: (ZxWxH): 950x300x290mm		
		Trọng lượng: 14kg		
		Tiết diện hộp khung giường: D60 x 30 x 0.8 mm		
		Tiết diện khung chân đầu giường: D32 x 0.9 mm		
		Tiết diện khung vật giường: D25 x 0.8 mm		
		Tiết diện các thanh vật hộp: 40 x 10 x 0.5 mm.		
		- Khung đỡ lưng điều chỉnh từ 0 – 50o so với nan vật giường khoảng 25 mm.		
15	Cột Đựng bóng cón	Bát đựng bóng cón F8	Cái	9

18	Đèn gù (Làm thủ thuật)	Điện thế: 220V Bóng đèn: 12V-20W Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh (giảm 30oC – 40oC so với ánh sáng đèn thường) Cổ định vị xoay đến gần 3600, khoảng rộng 30cm + 30cm Dây nguồn: 3m6 Điều chỉnh chiều cao: từ 1m – 1,7m Độ sáng: 25000 lux	Cái	2
19	Đèn khám bệnh	- Model: BT-410A- Hãng: Bistos- Xuất xứ: Hàn Quốc- Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO - 13485- Sản phẩm sản xuất năm 2022 trở về sau, mới 100%.- Điều kiện môi trường hoạt động:+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C+ Độ ẩm tối đa $\geq 75\%2$. Cấu hình: - Bộ đèn chính : 01 Cái- Nguồn Pin : 01 Cái- Nguồn sạc : 01 Cái- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ3. Đặc tính thông số kỹ thuật:- Cường độ sáng : 30,000 lux- Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ- Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin- Trọng lượng: 190g- Nguồn Pin : 3,7 V- Hoạt động liên tục 4 giờ- Dung lượng Pin : 2200 mA- Loại Pin : Lithium-ion- Nguồn sạc :+ Đầu vào : 110 ~ 240V 50/60Hz+ Đầu ra : DC 4,2 V / 750mA+ Thời gian sạc 4 giờ	Cái	1
21	Hộp chữ nhật Inox	Hộp trung phẫu 22,5x12x5cm PKT	Cái	8
22	Hộp hấp bông gạc	Hộp hấp tròn bán kính 20*13cm	Cái	2
23	Hộp hấp bông gạc	Hộp hấp tròn bán kính 35*20cm	Hộp	3
24	Huyết áp ống nghe người lớn	Huyết áp kế đồng hồ	Bộ	3
		1.1. Yêu cầu chung		

		Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE		
		1.2. Cấu hình		
		+ Bao cuốn (Vòng bút kích thước người lớn với chu vi khoảng từ 22-32 cm) với bao hơi gắn bên trong		
		bóng bóp và van		
		Ống nghe		
		Túi đựng mềm		
		1.3. Đặc tính thông số kỹ thuật:		
		Trọng lượng: 450g		
		Kích cỡ: 175 x 70 x 103 mm		
		Bảo hành: 12 tháng		
31	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	Kẹp lấy dị vật cho người lớn	Bộ	1
		1.1. Yêu cầu chung		
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%		
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.		

		1.2. Yêu cầu cấu hình			
		- Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn kiểu Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm răng cửa với kích thước dài khoảng 160 mm: 01 cái			
		- Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn kiểu Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm răng cửa, tổng chiều dài khoảng 180 mm: 01 cái			
32	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em	Bộ	1	
		1.1. Yêu cầu chung			
		Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100%			
		Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ $\geq 30^{\circ}\text{C}$, độ ẩm $\geq 80\%$.			
		1.2. Yêu cầu cấu hình			
		- Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em kiểu Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm răng cửa với kích thước đầu khoảng 1,5 x 8 mm, dài khoảng 80 mm: 01 cái			
		- Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em kiểu Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm răng cửa, tổng chiều dài khoảng 140 mm: 01 cái			
35	Kìm mang kim	Kìm mang kim 16cm	Cái	3	

37	Máy điện châm	Máy điện châm kỹ thuật số 5 kênh, 3 xung - Model: SDZ-II - Hãng sản xuất: Suzhou Medical Appliances Factory, Trung Quốc" - Năm sản xuất : 2023 trở về sau - Thiết bị mới : 100%; Thông số kỹ thuật: - Sóng xung đầu ra: Sóng xung hai chiều không đối xứng - Số xung đầu ra: 6 kênh - Năng lượng đầu ra: 0.3VA MAX - Tần số xung: Có thể điều chỉnh trong khoảng 1 ~ 100Hz. Thời gian ngắt sóng là 5 giây, thời gian sóng liên tục là 15 giây - Tần số xung đầu ra: Sóng liên tục, sóng gián đoạn, sóng xa - Nguồn điện: DC9V/AC220V/AC110V - Năng lượng đầu vào: 10 VA MAX - Kích thước máy: 260 X 190 X 110mm Phụ kiện : + Máy chính: 01 cái; + 6 dây dẫn chân kết nối + 6 cặp kẹp cá sấu để kết nối với dây dẫn pin + 6 cặp điện cực tự dính để kết nối " - Bảo hành 12 tháng	Cái	10
----	---------------	---	-----	----

38	Máy test thử đường huyết	Máy đo đường huyết- Model: MM-1100- Hãng: Tianjin Empecs Medical Device Co., Ltd; Trung Quốc- Máy được sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO – 13485 Loại máy Máy đo đường huyết cá nhân Khoảng đo: 20-600 mg/Dl Thời gian đo: 5 giây Lượng máu hút: 0,5 µL Bộ nhớ kết quả: 300 kết quả gần nhất Pin: 2 pin CR2032 Điều kiện hoạt động Nhiệt độ : +10oC - +40oC Độ ẩm : ≤ 93% Điều kiện bảo quản Nhiệt độ : -20oC - +40oC Độ ẩm : ≤ 93% Tiêu chuẩn an toàn Type BF class II" - Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, máy mới 100%- Bảo hành : 12 tháng	Cái	1
39	Panh không mẫu	Panh thẳng không mẫu 16cm	Cái	3
40	Phẫu tích có mẫu	Nĩa có mẫu 16cm	Cái	3
41	Phẫu tích không mẫu	Nĩa không mẫu	Cái	3
42	Trụ cầm panh	Trụ cầm panh	Cái	5
45	Máy đo nồng độ cồn trong máu	Máy đo nồng độ cồn Hàn Quốc Alcofind AF-50-IS- Model: AF-50-IS- Hãng sản xuất: DA Tech- Xuất xứ: Hàn Quốc	Cái	1

		- Công nghệ cảm biến tiên tiến "Premium Fuel Cell" - Cảm biến lưu lượng & áp suất chống thổi giá - Cài đặt ngưỡng cảnh báo, âm thanh & đèn cảnh báo - Thời gian phân tích và hiển thị kết quả: khoảng 4 giây - Có thể đo liên tiếp cách nhau 3 giây - Lưu trữ 100 kết quả đo, với chỉ tiết ngày và giờ đo - Dải đo: 0.00 ~ 2.50 mg/L - Độ chính xác: ± 0.025 mg/L - Chức năng tiết kiệm điện (tự động tắt nguồn) - Màn hình OLED hiển thị kết quả đo, mức pin, số lần đo... - Bao gồm 6 ống thổi, hộp cứng đựng máy - Cân nặng đã bao gồm pin: 130g - Nguồn điện: 2 pin AA alkaline - Kích thước: 60(W) x 128(H) x 24(D) mm - Hiệu chuẩn: Sau 12 tháng - Máy có chức năng nhắc thời gian hiệu chuẩn - Chứng chỉ chất lượng: CE, FCC, KC, ISO9001, RoHS, EN-50436:2014, EN-16280:2012, AS 3547, DOT		
	Tổng cộng			